

平成 21 年 10 月 23 日
財団法人日本分析センター

セイコー・イージーアンドジー社製ガンマスタジオ分析プログラムの不具合に
対する日本分析センターの対応について

1. プログラムの不具合

平成 21 年 10 月 13 日、セイコー・イージーアンドジー社（以下「セイコー社」という。）はホームページ (<http://speed.sii.co.jp/pub/segg/hp/index.jsp>) にてプログラムの不具合を公表しました。

2. セイコー社の不具合と日本分析センターの測定結果

当センターは平成 12 年度より、セイコー社のプログラムを使用しております。しかし、セイコー社のホームページで、不具合の対象となる逐次崩壊の娘核種は、平成 12 年度以降、当センターの全ての測定試料で検出されたことはありません。よって、不具合のプログラムを使用して測定結果を報告したことはありません。

3. 本件について、ご質問がございましたら、当センター企画室までお問合せ下さい。

4. 当センターは、環境放射能分析専門機関として、信頼ある分析結果の提供に引き続き万全を期してまいりたいと考えております。

連絡先 電話：043-424-8661（直通）

FAX：043-423-5326（企画室の FAX）